



איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון-כרמל)

תעודת בדיקה מס' 8707

שם הלקוח: מי נתניה 2003 בע"מ כתובת: רח. הצורן 4 א', נתניה
 איש קשר: טלפון פקס
 מקום דיגום: מוצא איזור תעשייה קרית אליעזר
 תיאור הדוגמא: מי שפכים מורכב
 סוג דיגום: אגוד ערים חדרה
 דיגום ע"י: הבדיקות נערכו על פי הוראות של:

Standard Methods for the Examination of
 Water and Wastewater, 21st Edition (2005)

תוצאות הבדיקות

כניסה	נקודת דיגום/ הפרמטר הנבדק	מס' שיטה
7.90	pH	4500-H ⁺ B
-	Conductivity, $\mu\text{mhos/cm}@25.0^{\circ}\text{C}$	2510 B
-	Turbidity, NTU	2130 B (1)*
1086	COD total, mg/l	5220-COD,B
-	COD soluble, mg/l	5220-COD,B
410	BOD total, mg/l	5210-BOD,B
-	CBOD total, mg/l	5210-BOD,B
-	BOD soluble, mg/l	5210-BOD,B
731	TSS - 105°C, mg/l	2540 D
-	SS - 550°C, mg/l	2540 E
1718	TS - 105°C, mg/l	2540 B
-	TS - 550°C, mg/l	2540 E
-	DS - 180°C, mg/l	2540 C
-	DS - 550°C, mg/l	2540 E
198	Cl ⁻ , mg/l	4500-CL ⁻ B
2.13	Det. anionic (mg MBAS/l as LAS, M.W.=324)	5540-Surfactants C
-	Det. nonionic (C ₁₂₋₁₈ E ₁₁), mg/l	5540-Surfactants B,D
-	NH ₃ - N, mg/l	4500-NH ₃ B, C
-	N - Kjeldahl, mg/l	4500-Norg. B; 4500-NH ₃ C
-	NO ₃ ⁻ - N, mg/l	4500-NO ₃ ⁻ B
-	NO ₂ ⁻ - N, mg/l	4500-NO ₂ ⁻ B
-	P - total, mg/l	4500-P B4, C
-	PO ₄ ³⁻ - P, mg/l	4500-P, C
-	S ²⁻ , mg/l	4500-S ²⁻ C,F
82.2	SO ₄ ²⁻ , mg/l	4500-SO ₄ ²⁻
-	Total Alkalinity to pH=4.5 (asCaCO ₃), mg/l	2320 B
-	Total Hardness (asCaCO ₃), mg/l	2340 C
136	Oil and Grease, mg/l	5520D
38**	Mineral oil, mg/l	5520 F
0.48	Phenols, mg/l	5530-Phenols B,D
-	CN, mg/l	4500-CN ⁻ C,E
-	Essential Oil, mg/l	(1)*
-	Imhoff, ml/l/h	2540 F

- 1 התוצאות מתייחסות לדוגמא כפי שהתקבלה במעבדה
 - 2 אין לעשות שימוש בתעודה זו אלא במלוואה ובאישור המעבדה
 - 3 הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או של גוף אחר למוצר הנבדק.
 - 4 סמליל הרשות מתייחס לבדיקות שבהיקף ההסמכה של המעבדה.
- (1)* לא בהיקף ההסמכה.

מנהלת מעבדה
 איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה
 (שרון-כרמל)

מאשר תעודה

תפקיד

שכ' ויצמן, חדרה ת.ד. 3041 טל. 6123400 פקס: 04-6330000 P.O.Box 3041 Hadera, ISRAEL

Web Site: WWW.igudhadera.co.il E-mail: igudarim@netvision.net.il

עמוד 1 מתוך 2



איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה (שרון-כרמל)

תעודת בדיקה מס' 8707

שם הלקוח:	מי נתניה 2003 בע"מ	כתובת:	רח. הצורן 4 א', נתניה - כרמל
איש קשר:	[REDACTED]	טלפון:	[REDACTED]
מקום דיגום:	מוצא איזור תעשייה קרית אליעזר	תאריך הוצאת התעודה:	15/3/11
תיאור הדוגמא:	מי שפכים	תאריך הדגימה:	21/2/11
סוג דיגום:	מורכב	תאריך קבלה:	22/2/11
דגום ע"י:	אגוד ערים חדרה	מס' דוגמא:	16164

Standard Methods for the Examination of

הבדיקות נערכו על פי הוראות של:

תוצאות הבדיקות ב- mg/l

כניסה	נקודת דיגום / יסוד
161	Na
<0.05	Ag
0.863	Al
<0.04	As
0.107	Ba
<0.02	Be
<0.02	Cd
<0.04	Co
<0.02	Cr
0.068	Cu
1.09	Fe
<0.01	Li
0.046	Mn
<0.02	Mo
<0.04	Ni
<0.02	Pb
<0.05	Se
0.391	Sr
0.020	Ti
<0.04	V
0.314	Zn

המכשיר מכיל באמצעות חומרי יחוס מאושרים בעלי עקיבות ל- NIST - סטנדרטים התוצאה המסומנת ב- "<" מהווה גבול הכימות של השיטה עבור היסוד הרלוונטי

- 1 התוצאות מתייחסות לדוגמא כפי שהתקבלה במעבדה
 - 2 אין לעשות שימוש בתעודה זו אלא במלואה ובאישור המעבדה
 - 3 הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או של גוף אחר למוצר הנבדק.
 - 4 סמליל הרשות מתייחס לבדיקות שבהיקף ההסמכה של המעבדה.
- (1) * לא בהיקף ההסמכה.

מאשר תעודה

תפקיד

חתימה

מנהלת מעבדה
איגוד ערים
לשמירת איכות הסביבה
(שרון-כרמל)

*****סוף תעודת בדיקה*****